Lomatuell® Pro

Gelbildendes Kontaktnetz

de Gebrauchsanweisung

Produktbeschreibung und Leistungsmerkmale:
Lomatuell® Pro ist eine nicht klebende, flexible Wundauflage mit offener Netzstruktur und gutem Exsudatabfluss in den Sekundärverband. Das Produkt besteht aus einem synthetischen Gittertüll, imprägniert mit einer fett- und hydrokolloidhaltigen Polymermatrix. In Verbindung mit Flüssigkeiten formen die Hydrokolloidpartikel ein Gel, welches mit der Vaseline eine amphiphile (hydrophil-lipophil) Schicht bildet. Ein Verkleben mit der Wunde wird weitgehend verhindert, die Wundheilung unterstützt und atraumatische Verbandwechsel ermöglicht. Lomatuell® Pro ist mit Unterdrucktherapie als Wunddistanzgitter kombinierbar* und kann in allen Exsudationsphasen eingesetzt werden. Das Produkt ist beidseitig anwendbar und lässt sich zudem für verschiedene Wundgrößen und Körperareale zuschneiden.
*basierend auf in-vitro Untersuchungen

Produktzusammensetzung:
Vaseline, medizinisches Weißöl, Polyester (Polyethylenterephthalat), Natrium-Carboxymethylcellulose, Synthesekautschuk, Antioxidans Pentaerythritol tetrakis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat)

Zweckbestimmung:
Lomatuell® Pro ist ein imprägnierter weitmaschiger Gittertüll, der den Exsudatabfluss begünstigt und oberflächliche Wunden vor Verklebungen schützt.

Indikationen:
Lomatuell® Pro ist für folgende Indikationen geeignet:
Chronische Wunden:
- Ulcus cruris,
- diabetische Fußulcera,
- Dekubitus.

Akute Wunden:
- Riss-, Schnitt- und Schürfwunden,
- Verbrennungen zweiten Grades.

Post-chirurgische Wunden:
- Sekundär heilende Operationswunden,
- Spalthautentnahmestellen.

Kontraindikationen:
Bekannte Allergie und/oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Nebenwirkungen:
In sehr seltenen Fällen können Hautirritationen und/oder Allergien auftreten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:
Lomatuell® Pro ist für den Einmalgebrauch bestimmt und darf nicht resterilisiert werden. Die Verbände sind einzeln steril verpackt und mit Gammastrahlen sterilisiert. Das Produkt ist steril, solange die Verpackung ungeöffnet und unbeschädigt bleibt. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt oder versehentlich geöffnet ist.

Anwendungshinweise:
Die Applikation erfolgt durch medizinisches Fachpersonal.
1. Vorbereitung:
Vor der Applikation von Lomatuell® Pro die Wunde durch Spülen (z.B. mit physiologischer Kochsalz- oder Ringerlösung) sorgfältig reinigen.
2. Anlegen des Wundverbandes:
a) Öffnen der Sterilverpackung an der gekennzeichneten Stelle und sterile Entnahme des Produktes
b) Entfernen der beidseitig aufgebrachten Abdeckfolie
c) Lomatuell® Pro etwa 1 cm überlappend auf die Wunde aufbringen. Um die Dimensionen der Wundauflage an die Wunde anzupassen, kann das Produkt bei Bedarf mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden.
d) Bei stark exsudierenden Wunden mit einer stark absorbierenden Wundauflage abdecken (z. B. Vliwasorb® Superabsorbierender Wundverband, Vliwazell® Saugkompresse), bei mäßig bis schwach exsudierenden Wunden eignet sich eine Mull- oder Vliesstoffkompresse (z. B. Gazin® Mullkompresse oder Vliwasoft®

STERILE R

Do not use if package is damaged

25 °C

CE 0123 MD Medical Device

Recycable Packaging

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

4040593/2020-07

Vliesstoffkompresse). Anschließend fixieren, z.B. mit Suprasorb® F Folienverband oder Curafix® H Breitfixierpflaster.

3. Verbandwechsel:
Das empfohlene Verbandwechselintervall beträgt in der Regel 2-4 Tage. Je nach Art und Heilungsfortschritt der Wunde kann der Verband länger (bis max. 7 Tage) oder kürzer auf der Wunde belassen werden – in Absprache mit dem medizinischen Verantwortlichen.

4. Lager- und Transportbedingungen:
Lomatuell® Pro nicht über 25 °C lagern.

5. Entsorgung:
Produktabfälle können in Europa einem Abfallschlüssel aus Kapitel 18 01, Verpackungsabfälle einem Abfallschlüssel aus Kapitel 15 01 der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnisverordnung – AVV) zugeordnet werden. Recyclingfähige Verpackungen sollten den jeweiligen nationalen Recyclingsystemen zugeführt werden.

Allgemeine Hinweise:
Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

MD
Medizinprodukt


Einfaches Sterilbarrieresystem